

財團法人台灣省私立台北仁濟院附設仁濟醫院招標公告

[中文標的名稱] 高階(高解析)彩色超音波掃描儀

[招標單位] 財團法人台灣省私立台北仁濟院附設仁濟醫院

[招標單位地址] 台北市萬華區廣州街 243 號

[聯絡人(或單位)] 總務室 黃鈺峰 [電話] 02-23021133 分機 2936

[傳真] 02-23062560

[投標方式] 郵遞

[投標截止日期] 109 年 05 月 31 日前(郵戳為憑)

[履約地點] 台北市萬華區廣州街 243 號

[預算金額] 不公告

[履約期限] 依本案合約

[決標方式] 非複數決標：訂有底價最低標得標

[疑義、異議受理單位] 本案招標單位

[公告說明]

一、廠商資格摘要(詳招標文件)：

1. 公司登記或設立之證明文件及本年度最近期納稅證明。
2. 儀器設備須取得衛署輸入許可證明或政府機關核發之許可證明文件。
3. 其餘詳本案招標文件。

二、儀器規格：

1. 詳邀標需求書規格表。
2. 自驗收日起提供二年產品保固。
3. 進口代理請附上核准證明執照。

三、押標金額度：詳招標文件。

四、領標期限：109 年 05 月 18 日至 109 年 05 月 31 日止，每週一至週五上午 9 時至下午 5 時（例假日除外）。

五、開標日期：另行通知廠商。

六、開標地點：另行通知廠商。

七、招標文件領取方式及地點：台北市萬華區廣州街 243 號 9 樓(總務室)。

八、疑議或異議受理單位：同公告之【聯絡人（或單位）】。

九、開標程序：本案採購採一次投標，分二階段辦理審查開標，第一階段為資格審查，第二階段為價格審查，依序開標。

十、領標時請攜帶公司大小章。

十一、餘詳招標文件及附件等。

財團法人台灣省私立臺北仁濟院附設仁濟醫院邀標需求書

一、採購案名：高解析彩色超音波掃描儀

二、請購規格：

名稱	數量	功能與規格	產品說明	備註
高解析彩色超音波掃描儀	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 螢幕尺寸：≥21.5 吋高解析彩色液晶螢幕 2. 主機操作面板(觸控式)≥12 吋 3. 可連接≥4 組以上無針式探頭，可直接於面板上 4. 系統處理探頭中心頻率：涵蓋 2MHz -18MHz 5. 需為雙控制介面，具備實體和觸碰面板 6. 主機內建凝膠加熱器 7. 內建≥500GB 儲存硬碟及 USB 數位介面 8. 具都卜勒數據測量與波型描繪自動功能 9. 數位影像通道數≥4,000,000 channels 10. 動態影像擷取範圍≥280db 11. 應用軟體：甲狀腺、乳房、腹部、週邊血管、骨盆腔、肌肉骨骼、小兒科、心臟科 12. 具備組織諧波影像功能 13. 可擴充超音波對比諧振(Contrast Harmonic)成像分析功能，具時間強度曲線顯示及對比劑流入時間對應圖像測量功能 14. 可擴充彈性影像 15. 具雜訊抑制影像處理功能 16. 具多角度空間複合式成像技術 17. 具備 DICOM Storage / Worklist / MPPS 功能 18. 具 Shear wave 及 Elastography 作用 <p>探頭</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 直線形高頻表淺掃描探頭 x1 <ol style="list-style-type: none"> a. 頻率範圍涵蓋 5MHz -18MHz b. 晶體數≥256 2. 腹部專用掃描探頭 x1 頻率範圍涵蓋 2MHz -6MHz 3. 扇形超寬頻心臟探頭 x1 頻率範圍涵蓋 2MHz -4MHz <p>周邊配件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 黑白影像熱感印表機 x1 		

備註：